



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

S.C. Provveditorato, Economato e gestione logistica

Prot.n. 320 /G.C. del 05 APR. 2017

AVVISO EX ANTE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Indagine di mercato per la trasparenza preventiva relativa alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. B), D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di accessori di II° livello Screening Colon Retto.

Caratteristiche del materiale da acquistare:

Come da allegato

Dettagli della fornitura:

Gli accessori richiesti sono necessari al completamento dell'esame diagnostico-operativo, a completamento dell'attività di Endoscopia.

Operatore Economico individuato: Produttore BOSTON SCIENTIFIC – DISTRIBUTORE FAS HOSPITAL

Con il presente avviso s'intende sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni acquisite da questa Azienda, vi siano altri operatori economici nelle condizioni di fornire il materiale sanitario predetto con le caratteristiche sopra dettagliate.

S'invitano pertanto gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse alla partecipazione ad una procedura di selezione per l'acquisizione del materiale descritto in elenco.

L'istanza dovrà pervenire al protocollo Generale dell'ASP di Vibo Valentia – U.O. Gare e Contratti – via Dante Alighieri 67, 89900 Vibo Valentia o all'indirizzo e mail del responsabile del procedimento Dr. Domenico Dominelli (dominelli@aspvv.it) entro il 07.04.2017 ore 12.00.

La Ditta interessata ha facoltà di chiedere chiarimenti o approfondimenti sulle specifiche tecniche del materiale richiesto, rivolgendosi in tal caso al Responsabile del Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Tropea, Dott. Lino Purita (tel e fax 0963/96283).

Nel caso accertato di unicità del materiale oggetto di acquisizione, questa Azienda manifesta sin d'ora l'intenzione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016, di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni di fornitura, con la Ditta che, allo stato attuale, risulta unico fornitore di quanto descritto.

Per l'U.O. Gare e Contratti
Dott. Domenico Dominelli



REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA DI VIBO VALENTIA
Via Dante Alighieri, 89900 Vibo Valentia - Part IVA 02866420793

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva- Tropea
Tel. - Fax : 0963 - 96283
Dott. Lino Purita

TRACEA 18-3-17

STRUTTURA COMPLESSA
GARE E CONTRATTI
SEDE

Accessori indispensabili per la diagnosi del tumore del colon da acquistare a lotto unico

- 1) Ansa da polipectomia rotante a 360° monouso lunghezza 240 cm , anima interna a stella per controllo rotazione , apertura ansa da 13 e 20 mm , guaina con rivestimento interno in Polyglide, completa di manico.
N° 10 Pz.
- 2) Ansa da polipectomia monouso con indicazione di taglio caldo/freddo, ansa a forma arrotondata con filo rigido intrecciato da 0,4191 mm, apertura da 10, 15 ,20 ,25 e 33 mm completa di manico.
Guaina diametro 2,4 mm lunghezza minima utile 240 cm.
N° 20 Pz.
- 3) Cestello monouso con rete di recupero in nylon per polipi e corpi estranei , rotazione del cestello di 360° con rapporto 1:1 in entrambe le direzioni, rete tridimensionale con ampiezza cappio 22 e 26 mm. Impugnatura a passo corto, diametro est. introduttore 2,5 mm lunghezza di lavoro di 230 cm.
N° 10 Pz.
- 4) Pinza per biopsia monouso multiprelievo per raccolta multipla di almeno quattro prelievi contemporaneamente di tessuto, diametro esterno 2,4 mm lunghezza utile di lavoro 240 cm.
N° 25 Pz.
- 5) Pinza per biopsia monouso con ago , doppio foro di fenestrazione per offrire uniformità di presa e rimozione campione, diametro esterno 2,8 mm, lunghezza 240 cm.
N° 10 Pz Standard; N° 10 Pz Large
- 6) Clip riposizionabile per emostasi a rotazione controllata indipendente dal processo di apertura e chiusura della clip; apertura di 11mm., radiopaca; indicazione per clipping profilattico in grado di ridurre il rischio di sanguinamento tardivo post-resezione. Lunghezza 235cm.
N° 15 pz
- 7) Ago per scleroterapia con catetere interno a stella, sistema di bloccaggio dell'ago, struttura a spinta. Lunhezza 240 cm. Ago 25 G lunghezza 6 mm.

Stampa dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia con il nome 'Lino Purita' e una data illeggibile.