

## TELECOMANDATO ANALOGICO

### Diagnostica Telecomandata Analogica completa di tutti gli accessori pertinenti.

Il sistema deve prevedere un tavolo telecomandato con una trendelemburg non inferiore a 30°, con piano porta paziente scorrevole longitudinalmente e focale fuoco-film variabile.

Esami di stratigrafia in ogni posizione: indicare la max altezza dello strato; corredato di tubo radiogeno ad anodo rotante, di potenza e fuochi adeguati al generatore. Compressione a distanza e di tipo motorizzato.

Scriografo automatico con suddivisione nei due sensi.

Tavolo di comando e consolle operativa (precisare se integrata o modulare).

Intensificatore di luminanza non inferiore a 9", a più campi, con catena televisiva tipo CCD dedicata.

La potenza del generatore non inferiore a 65 Kw e 600 mA. 150Kv.

Il sistema deve essere dotato di misuratore di dose e stampa adeguato.

Tra gli accessori, fascia di compressione, reggi gambe ecc. ecc.

Va previsto nella fornitura il ritiro del vecchio telecomandato, con relativa rottamazione a norma di legge e fornitura anche del quadro elettrico.